

「火炎の広がりに対する保護」の適合フロー

要求事項

9.1 正常状態及び単一故障状態で、機器の外部に火の燃え広がりがあるてはならない。

* : 次のa)~c) の一つ以上の方法によって確認する

